PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 061/2022

RETIFICAÇÃO 001 – PROCESSO DE PREGÃO N.º 006/2022

OBJETO: Edital de pregão eletrônico para aquisição de ambulância para a Secretaria da Saúde.

RETIFICA-SE:

Fica retirada a exigência de "volante com regulagem de altura e profundidade" do objeto do edital, passando o item "1. DO OBJETO" a ser caracterizado da seguinte forma:

Descrição
Veículo novo, zero km, com nota fiscal e com o primeiro emplacamento em nome da Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno, RS, original de fábrica com carroceria monobloco construída em aço, teto alto, transformado em Ambulância, ano de fabricação mínimo 2021 e modelo 2022 ou posterior, na cor branca original de fábrica, com porta corrediça na lateral direita e portas traseiras duplas contra batente e abertura 90/180°; motor Diesel com alimentação injeção eletrônica, turbo intercooler, potência mínima de 130 CV; direção Hidráulica ou Elétrica; câmbio sincronizado com 06 marchas à frente e uma ré ou câmbio automático; Tração traseira; Freios ABS a discos nas 04 rodas; Air bag duplo; pneus/rodas aro 16; Frisos de proteção nas laterais; Ar Condicionado (original de fábrica para a cabine) com saídas no painel e adaptado para compartimento do paciente com comandos independentes instalados no painel de veículo ou na cabine do veículo; Vidros dianteiros com acionamento elétrico e calhas de chuva; travas elétricas das portas acionadas por controle remoto; alarme; retrovisores externos com comando interno elétrico; Rádio AM/FM/USB/BLUETOOTH com tela de no mínimo 3 polegadas não retrátil e câmera de ré ou multimídia, 02 alto falantes e antena instalada; medida mínima de entre eixos 3.600 mm; comprimento mínimo do veículo 5.500 mm, reservatório de combustível com capacidade mínima para 70 litros; banco do motorista com regulagem longitudinal, de altura e de inclinação do encosto e do assento; capacidade para três ocupantes na cabine do veículo; desembaçador do parabrisa; faróis com regulagem elétrica de altura; faróis de neblina originais ou homologados pela fábrica; tapetes na cabine; protetor do cárter e da caixa de câmbio. Veículo deverá ser entregue emplacado e licenciado como Ambulância em nome da Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno/RS. Deverá acompanhar o veículo todos os

equipamentos exigidos pelo DENATRAN. Compartimento do paciente: - Medidas mínimas internas do compartimento: 10m³; Comprimento 3.100 mm, largura 1.750 mm, altura 1.850 mm; - Revestimento do teto e laterais em PRFV texturizada (fibra de vidro), ou em chapas monobloco e sem emendas, na cor branca com reforços e perfis de aço na linha automotiva; - Revestimento do assoalho do veículo em chapas de compensado naval de no mínimo 10mm de espessura, revestido em tecido emborrachado vinílico automotivo antiderrapante, com 02mm de espessura, inteiriça e sem emendas, com acabamento nas portas em perfis de alumínio; - Isolamento termo acústico de alta densidade;-Janela de comunicação na divisória entre a cabine do motorista e o compartimento traseiro com janela de comunicação; - Porta corrediça na lateral direita com janela de correr, com vidros jateados ou com adesivos brancos; - 01 Armário aéreo em toda a lateral esquerda, confeccionado com chapas de compensado naval, revestidas em fórmica na cor branca lisa, 3 divisórias, cantos arredondados e portas de correr em acrílico com dispositivo que impeça a abertura das portas de forma espontânea durante o deslocamento do veículo; 01 Armário tipo bancada, com 02 portas com travas de segurança, nas medidas 0,85m de altura, largura de 0,45m e comprimento de 2,00m, que contenha abertura para maca rígida, localizado na lateral esquerda do veículo, tampo superior com anteparo de no mínimo 03cm, para evitar queda de materiais, que contenha cantos arredondados em perfil de alumínio extrusado e bordas com perfil emborrachado do tipo "T"; - 01 poltrona reclinável com revestimento em courvin, com base giratória com cinto de segurança retrátil automático e fixada próximo a cabeceira da maca, conforme Normas NBR/6091:2009; - 01 banco baú com capacidade para 03 (três) pessoas, com cintos de segurança retráteis automáticos, assentos, encostos e cabeceiras individuais em espuma injetada com revestimento em courvin automotivo de fácil limpeza, na cor verde, azul ou cinza claro, deve ser confeccionado em chapas de compensado naval revestido com fórmica da cor branca lisa, com cantos arredondados em perfil de alumínio extrusado e acabamento em perfil "T" emborrachado; - Aplicação de perfis de aço de aproximadamente 10cm de altura nas bases inferiores do mobiliário interno, a fim de proteger os móveis de atritos; 01 Maca Retrátil, com capacidade de carga estática de no mínimo 300Kg e carga dinâmica de no mínimo 150Kg, estrutura em duralumínio com uniões de encaixe em polímeros, contendo rodízios com banda emborrachada e sistema de freios, com cabeceira móvel e ajustável para no mínimo 5 posições, alças laterais basculantes com sistema de

fechamento automático, colchonete revestida em material impermeável, de alta densidade revestida em courvin automotivo, travas e cintos de segurança, deve ser fornecido juntamente com a maca um sistema central de fixação estável com engate rápido de fácil acesso e mani pulação, que deverá fixar a maca no assoalho do veículo, deve possuir um guia frontal para permitir o perfeito acoplamento da maca com resistência para o impacto da mesma no momento de coloca-la no interior do veículo ou em caso de acidente. Garantia de fábrica de no mínimo 01 ano. Deve possuir registro na ANVISA. 01 Prancha longa de imobilização adulto, com cintos de segurança, fixada no veículo em local de fácil acesso; A central elétrica deverá ser composta por bateria auxiliar de no mínimo 90amp. A bateria deverá estar ligada paralelamente a bateria original do veículo, de modo que possua dispositivo que impeça que essa última se descarregue totalmente; e inversor de tensão de no mínimo 600 wats, 12V/220V; Deverá ser instalado um sistema de calefação com difuso res voltados para o compartimento para transporte de pacientes, com comandos no painel do veículo; 02 Cilindros de oxigênio de 7m³ com válvula reguladora e manômetro, apoia- dos em suporte específico para os mesmos, com cintas tipo catracas firmemente presos ao assoalho e carroceria do veículo; - 01 Régua de oxigênio de 3 pontas completas com fluxômetro, umidificador, máscara com mangueira e aspirador tipo Venturi; - 01 corrimão instalado na parte central do teto do veículo, em perfil de alumínio polido e punhos de plástico injetado e ponteiras de fechamento arredondado de alta resistência; 01 Suporte deslizante com 02 ganchos e velcros para prender soro e sangue, fixado no corrimão; Sinalizador visual em Leds, formato arco, com módulo único e lente inteiriça, com sirene eletrônica de 4 tons, com base construída em ABS e reforçada em perfil de alumínio extrutado de alta resistência mecânica; - Sirene eletrônica de no mínimo 100W RMS para veículos especiais, de no mínimo 06 tons de sirene, sendo 4 contínuos e 2 intermitentes; - Sinalização visual lateral esquerda/direita composta de duas luminárias na cor rubi (sequenciais) e uma luminária cristal no centro; Sinalização visual na extremidade superior de cada porta traseira, composta de duas luminárias pulsantes na cor rubi; - 01 conjunto de lâmpadas stroboscópicas nos faróis dianteiros; - 01 farolete direcional de embarque na parte traseira de no mínimo 12 leds de 1wats; Iluminação interna composta de 04 (quatro) luminárias Led`s, instaladas no teto do compartimento do paciente, com interruptor instalado no painel da cabine; No capo frontal e laterais deverá ser colocado o letreiro "ambulância" na letra em recorte de forma e deverá

com uma cruz em azul com borda cinza de 1cm com 25cm e 50cm de altura, respectivamente, centralizados com a "ambulância". Layout corporativo em vinil autoadesivo conforme normas do DENATRAN e Ministério da Saúde; Nos preços propostos deverão ser considerados todos os encargos previdenciários, fiscais, comerciais, trabalhistas, tributários, fretes, tarifas, descarga, transporte, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o veículo. Garantia mínima: 01 ano ou 100.000 Km. A transformação deverá manter a garantia original do veículo. A EM PRESA DEVERÁ POSSUIR REDE DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADA COM ATENDIMENTO A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 150KM DE FAXINAL DO SOTURNO/RS, QUE DEVERÁ SER INFORMADO JUNTAMENTE COM AS PROPOSTAS. CASO A EMPRESA LICITANTE NÃO FOR FABRICANTE OU CONCESSIONÁRIA DA MARCA DEVERÁ APRESENTAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM A EMPRESA QUE EXECUTARÁ OS REFERIDOS SERVIÇOS.

TAL ALTERAÇÃO REFLETE-SE NO "ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA".

ALTERA-SE A DATA DE ABERTURA PARA O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2022 ÀS 08H31MIN.

AS DEMAIS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL PERMANECEM INALTERADAS.

Faxinal do Soturno, 26 de janeiro de 2022.

Este Edital foi devidamente examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica. Em 26 / 01 / 2022. **Diogo Cargnelutti Zanella** **OAB/RS 63.706**	**Clovis Alberto Montagner** **Prefeito Municipal**